

Volumen / Durchfluss (Gas), Messgeräte für Gas			
Messgröße / Messgerät	Messbereich	Fehlergrenze FG / Messunsicherheit U(k=2)	Zuständigkeit
Volumengaszähler	0,01 m ³ /h bis 6.500 m ³ /h	FG 0,3 %	DIR
Volumen-Gebrauchsnormale	0,01 m ³ /h bis 6.500 m ³ /h	FG 0,2 %	DIR
Wirkdruckgaszähler	gemäß Zulassung	nach REA 5.30	DIR
Zusatzeinrichtungen	gemäß Zulassung	nach REA 5.XX	DIR, alle BS
Dichtemengennumwerter, Brennwertmengennumwerter	gemäß Zulassung	nach REA 5.33	DIR
Zustandsmengennumwerter	gemäß Zulassung	nach REA 5.32	alle BS
Brennwertmessgeräte	7 kWh/m ³ bis 14 kWh/m ³	nach REA 5.36	DIR

REA: Reglermittlungsausschuss

Ermittelte Regeln und Erkenntnisse des REA nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes.

<http://www.ptb.de/cms/metrologische-dienstleistungen/rea/dokumente-fundstellen.html>

Erläuterungen:

DIR: Direktion Stuttgart

BS: Betriebsstellen

ALB: Eichamt Albstadt

FE: Eichamt Fellbach

FR: Eichamt Freiburg

HN: Eichamt Heilbronn

KA: Eichamt Karlsruhe

MA: Eichamt Mannheim

RV: Eichamt Ravensburg

ULM: Eichamt Ulm-Dornstadt