

<b>Schüttdichte von Getreide, Feuchteanteil von Getreide und Ölfrüchten</b>			
<b>Messgröße / Messgerät</b>	<b>Messbereich</b>	<b>Fehlergrenze FG / Messunsicherheit U(k=2)</b>	<b>Zuständigkeit</b>
1 Liter und ¼ Liter Getreideprober	35,5 kg/hl bis 88,0 kg/hl	nach REA 9.3	ALB / FE
Elektrische Feuchtebestimmer für: - Getreide - Raps - Mais - Sonnenblumenkerne	10 bis 26 % 5 bis 18 % 10 bis 42 % 6 bis 18 %	nach REA 9.1	DIR
Trocknungsgeräte nach dem Wägetrocknungsverfahren	0 bis 25 %		DIR

REA: Regelermittlungsausschuss

Ermittelte Regeln und Erkenntnisse des REA nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes.

<http://www.ptb.de/cms/metrologische-dienstleistungen/rea/dokumente-fundstellen.html>

Erläuterungen:

DIR: Direktion Stuttgart

ALB: Eichamt Albstadt

KA: Eichamt Karlsruhe

BS: Betriebsstellen

FE: Eichamt Fellbach

MA: Eichamt Mannheim

FR: Eichamt Freiburg

RV: Eichamt Ravensburg

HN: Eichamt Heilbronn

ULM: Eichamt Ulm-Dornstadt